

Police, 11 maja 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO POSTĘPOWANIA PR.272.8.2020

Dotyczy: „Dostawy pomocy dydaktycznych i naukowych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni chemicznych”

W dniu 11 maja 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania drogą mailową na adres kontakt8-3@policki.pl odnośnie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **„Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni chemicznych”**. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE NR 1

Dotyczy poz.112 Taca laboratoryjna.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie białej tacki MF wykonanej z melaminowo - formaldehydowego tworzywa o zaokrąglonych brzegach i wymiarach: 355 x 240 x **17 mm**?

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww tacki MF.

PYTANIE NR 2

Dotyczy poz. 113. Wąż lateksowy 1mb.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie węża gumowego o parametrach fi wewn 05 zewn 08 ścianka 1,5 mm.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 8 odcinków 1m czy też 8 odcinków 8m węża.

ODPOWIEDŹ NR 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie węża o wskazanych parametrach fi wewn 05 zewn 08 ścianka 1,5 mm. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 8 odcinków o długości 8 m.

PYTANIE NR 3

Dotyczy poz. 117 i 118.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika z dwoma uchwytami?

ODPOWIEDŹ NR 3

Dopuszcza się zakup pojemnika z dwoma uchwytami.

PYTANIE NR 4

Dotyczy poz. 119

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie wanienki porcelanowej o wymiarach 095 x 15 x 10 mm. Wanienka o wymiarach długość 97mm - szerokość góry 17mm już niedostępna?

ODPOWIEDŹ NR 4

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie wanienki porcelanowej o wymiarach 095 x 15 x 10 mm.

PYTANIE NR 5

Dotyczy poz. 152.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie mieszadełka o rozmiarach: średnica 5 mm długość 19 mm?

ODPOWIEDŹ NR 5

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie mieszadełka o rozmiarach: średnica 5 mm długość 19 mm.

PYTANIE NR 6

Dotyczy poz. 153.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie mieszadełka o wysokości 5,5 mm?

ODPOWIEDŹ NR 6

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie mieszadełka o wysokości 5,5 mm.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Na oryginale właściwy podpis
Beata Chmielewska
Członek Zarządu Powiatu w Policach