

Police, 22 czerwca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO POSTĘPOWANIA EK.272.2.2020

Dotyczy: „Dostawy pomocy dydaktycznych i naukowych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni chemicznych”

W dniu 19 czerwca 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania drogą mailową na adres kontakt8-3@policki.pl odnośnie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **„Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni chemicznych”**. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE NR 1

Pytanie dotyczy pozycji 38.

Proszę o podanie: mocy, pojemności zbiornika, ciśnienie oraz przeznaczenie sprężarki.

ODPOWIEDŹ NR 1

Moc silnika: 1100 W / 1.5 KM

Pojemność zbiornika: min. 6 l

Max ciśnienie: 8 bar

Przeznaczenie: wyposażenie pracowni chemicznej, wykonywanie doświadczeń chemicznych

PYTANIE NR 2

Pytanie dotyczy pozycji 36.

Proszę o podanie ilości sit oraz wielkości oczek w wytrząsarce.

ODPOWIEDŹ NR 2

Ilość sit: min. 6.

Wielkości oczek: zakres rozmiaru oczek zgodnie z SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Na oryginale właściwy podpis
Beata Chmielewska
Członek Zarządu Powiatu w Policach